

DODATEČNÉ INFORMACE č.1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky: „Dodávka zdravotnických lůžek a stolků pro všeobecnou nemocnici Lewanika v Mongu, v Západní provincii Zambijské republiky“

Zadavatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura

Sídlo: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČ: 75123924

Praha 24. června 2013

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Dodávka zdravotnických lůžek a stolků pro všeobecnou nemocnici Lewanika v Mongu, v Západní provincii Zambijské republiky**“, zadané formou veřejného výběrového řízení na zakázku malého rozsahu.

Zadavatel se rozhodl upravit na základě dodatečných požadavků partnerské organizace zadavatele, kterou je Všeobecná nemocnice Lewanika v Mongu, technické zadání požadovaného zařízení.

Zadavatel zasílá aktualizaci technických parametrů dodávaného zařízení (příloha č. 4 zadávací dokumentace):

1) Lůžko nemocniční mechanické pro standardní péči

- CE certifikát
- velmi odolná a stabilní kovová práškově lakovaná konstrukce a ložná plocha lůžka
- ložná plocha cca 200x85cm, bezpečná pracovní zátěž minimálně 170 kg
- mechanicky polohovatelná dvoudílná ložná plocha
- mechanický náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 12°
- kompaktní čela (jednoduše čistitelná)
- velmi odolná kolečka, dvě brzditelná, jedno s aretací přímého směru, průměr minimálně 125 mm, umístěná pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala vnější obrys lůžka!
- univerzální držáky na příslušenství
- preferováno (není podmínkou) dodání včetně ochranných nárazových koleček v rozích lůžka

Matrace k lůžku:

- jádro ze studené PUR pěny o hustotě min. 40kg/m³
- potah snadno snímatelný, se sníženou hořlavostí, paropropustný, voděodolný
- materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou směrech
- rozměr dle lůžka, výška minimálně 14 cm

Příslušenství:

- hrazda práškově lakovaná s výškově stavitelnou rukojetí
- infuzní stojan chromovaný, výškově stavitelný

2) Nemocniční patientský stolek

- CE certifikát
- pojízdný stolek k lůžku, velmi odolná a stabilní kovová práškově lakovaná konstrukce

- velmi odolná a dobře čistitelná horní plocha, preferováno (není podmínkou) dodání s postranními lištami zamezujícími pádu položených předmětů
- kolečka o průměru minimálně 75mm, alespoň dvě kolečka brzditelná
- provedení stolku – nahoře zásuvka, uprostřed nika, dole uzamykatelná dvířka
- preferováno (není podmínkou) dodání v provedení s držákem na zavěšení ručníku a manipulačního madla na korpusu stolku
- design a barvy odpovídající lůžkům

3) Lůžko nemocniční dětské pro standardní péči

- CE certifikát
- velmi odolná a stabilní kovová práškově lakovaná konstrukce a ložná plocha lůžka
- ložná plocha cca 130x65cm
- mechanicky polohovatelná dvoudílná ložná plocha
- mechanický náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 12°
- integrovaná čela s dostatečnou ochranou dítěte před pádem či zaklíněním
- integrované průběžné sklopné postranice s dostatečnou ochranou dítěte před pádem či zaklíněním, bezpečné odjištění dvěma nezávislými pohyby
- velmi odolná kolečka, alespoň dvě brzditelná, průměr minimálně 100 mm
- preferováno (není podmínkou) dodání včetně ochranných nárazových koleček v rozích lůžka

Matrace k lůžku:

- jádro ze studené PUR pěny o hustotě min. 40kg/m³
- potah snadno snímatelný, se sníženou hořlavostí paropropustný, voděodolný
- materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou směrech
- rozměr dle lůžka, výška minimálně 8 cm

Uchazeč v nabídce uvede údaje tak, aby zadavatel mohl posoudit, že nabízené zboží vyhovuje výše uvedeným nárokům. Z nabídky uchazeče musí být zřejmé splnění těchto bodů. Doporučujeme použít tento dokument při zpracování technické části nabídky a vložit údaje o zboží nabízeném uchazečem.

Zadavatel se na základě výše uvedeného rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek:

Zadavatel mění textaci bodu 11. zadávací dokumentace následující textací:

Nabídky je možno podávat osobně, a to v pracovních dnech **od 8,00 do 15,00** hod., nejpozději však do **12,00 hod 8.7.2013**.

Zadavatel mění též textaci bodu 12. zadávací dokumentace následující textací:

Otevírání obálek se uskuteční dne **8.7.2013** od **13,00** hodin na adrese zadavatele (informace v recepci).

Zadavatel mění též textaci bodu 3. zadávací dokumentace následující textací:

- **Termín zahájení realizace dodávky:** ihned po podpisu smlouvy s uchazečem – předpoklad **12.7.2013**

S pozdravem

Pavel Trousil
(kontaktní osoba pro uvedené výběrové řízení)