

DODATEČNÉ INFORMACE Č.2 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky: „Dodávka zdravotnických lůžek a stolků pro všeobecnou nemocnici Lewanika v Mongu, v Západní provincii Zambijské republiky“
Zadavatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura
Sídlo: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČ: 75123924

Praha 24. června 2013

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Dodávka zdravotnických lůžek a stolků pro všeobecnou nemocnici Lewanika v Mongu, v Západní provincii Zambijské republiky**“, zadané formou veřejného výběrového řízení na zakázku malého rozsahu.

Dotaz č.1:

K nemocničnímu lůžku – ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka – je možné toto zaměnit za jakýkoliv ochranný prvek proti nárazu v rozích postele (gumové rohy atp?)

Odpověď:

Na základě dodatečných informací č. 1 zadavatel preferuje dodání včetně ochranných nárazových koleček, jejich dodání však není podmínkou.

Dotaz č.2:

K nemocničnímu stolku: nika uprostřed – znamená to, že mezi horní zásuvkou a dolní skříňkou je volný prostor/"díra"?

Odpověď:

Ano.

Dotaz č.3:

K příslušenství k nemocničnímu lůžku – hrazda práškově lakovaná s výškově stavitelnou rukojetí – jedná se o ortopedickou tyč se závěsným madlem, sloužícímu ke zvedání pacientů?

Odpověď:

Ano. Jedná se o zahnutou tyč, která je upevněna na lůžku za hlavou pacienta. Na konci tyče nad pacientem v úrovni prsou volně visí "triangl", pomocí kterého se pacient může sám lépe zvednout.

S pozdravem

Pavel Trousil
(kontaktní osoba pro uvedené výběrové řízení)